

Załącznik nr 5 do SWIZ

Specyfikacja: Urządzenie laboratoryjne z półautomatycznym opracowywaniem pasków immunoenzymatycznych typu blot.

Wykonawca:

Producent:

Typ aparatu:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

Specyfikacja : **Urządzenie laboratoryjne z półautomatycznym opracowywaniem pasków**

Lp	Parametr	Parametr wymagany
1	Aparat wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne	Tak
2	Inkubacja pasków diagnostycznych automatyczna w aparacie	Tak
3	Wbudowany mechanizm kołyszący	Tak
4	Zautomatyzowany pobór odczynników : dozowanie i aspiracja	Tak
5	Dostarczone urządzenie to kompletny zestaw bez dodatkowych zakupów dodatkowego wyposażenia	Tak
6	Szkolenie dla pracowników	Tak
7	Serwis przez okres umowy	Tak
8	Okresowa kalibracja aparatu przez wyznaczonego przedstawiciela firmy	Tak

.....
(Pieczęć i podpis oferenta)